

**Attestation de contrôle lot par lot
du réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome du virus de la PPC**

Ploufragan, le 02/02/2024

Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort

Unité
Virologie Immunologie
Porcines

Laboratoire National de
Référence :

Pestes Porcines Classique et
Africaine

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

Institut producteur : Biosellal Diagnostic Santé Animale

Adresse : 27, chemin des Peupliers, 69570 Dardilly

Nom du test : Bio-T kit CSFV

Référence : BioTK058 ou BioTK060

Descriptif des réactifs : lot n° CSFV-011

Date de péremption : 30/01/2025

Version de notice d'utilisation : n° MU-qCSFV-003-FR Septembre 2019

Taille du lot produit : 1500 réactions

Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 31/01/2024

Etat des réactifs : Bon

Date de réalisation du contrôle : 02/02/2024

Code Analyse : PPB240202A

Dossier suivi par :
Patricia Renson

Ligne directe :
02.96.01.64.50

Fax direct :

patricia.renson@anses.fr

N. Réf. :

24RF016

Résultats (selon le référentiel NF U47-311) :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TELEPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TELECOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

R. FONSECA
Technicienne

P. RENSON
Responsable Adjointe LNR

**Attestation de contrôle lot par lot
du réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome du virus de la PPC**

Ploufragan, le 23/06/2023

Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort

Unité
Virologie Immunologie
Porcines

Laboratoire National de
Référence :

Pestes Porcines Classique et
Africaine

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

Institut producteur : ADIAGENE-BioX Diagnostics

**Adresse : 9 rue Gabriel Calloët-Kerbrat
22440 PLOUFRAGAN**

Nom du test : Adiavet PPC Real Ttime

Référence : ADI223-100

Descriptif des réactifs : lot n° 22K3TR19

Date de péremption : 08/06/2025

Version de notice d'utilisation : n° NF 223-03

Taille du lot produit : 5400 réactions

Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 20/06/2023

Etat des réactifs : Bon

Date de réalisation du contrôle : 20 et 22/06/2023

Code Analyse : PPA230620A et PPA230622A

Dossier suivi par :
Patricia Renson

Ligne directe :
02.96.01.64.50

Fax direct :

Patricia.renson@anses.fr

N. Réf. :

23PR082

Résultats (selon le référentiel NF U47-311) :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TÉLÉPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TÉLÉCOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

R.FONSECA
Technicienne

P. RENSON
Responsable Adjointe LNR

**Attestation de contrôle lot par lot
du réactif PCR en temps réel
pour la recherche de génome du virus de la PPC**

Ploufragan, le 05/01/2023

Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané-Niort

Unité
Virologie Immunologie
Porcines

Laboratoire National de
Référence :

Pestes Porcines Classique et
Africaine

Influenza Porcin

Maladie d'Aujeszky

Institut producteur : ADIAGENE-BioX Diagnostics

**Adresse : 9 rue Gabriel Calloët-Kerbrat
22440 PLOUFRAGAN**

Nom du test : Adiavet PPC Real Ttime

Référence : ADI223-100

Descriptif des réactifs : lot n° 22K3TR18

Date de péremption : 09/12/2024

Version de notice d'utilisation : n° NF 223-03

Taille du lot produit : 4600 réactions

Changement de version / lot antérieur : non

Date de réception des réactifs : 23/12/2022

Etat des réactifs : Bon

Date de réalisation du contrôle : 04/01/2022

Code Analyse : PPA230104A

Dossier suivi par :
Patricia Renson

Ligne directe :
02.96.01.64.50

Fax direct :

Patricia.renson@anses.fr

N. Réf. :

23RF005

Résultats (selon le référentiel NF U47-311) :

Evaluation de la spécificité	satisfaisante
Evaluation de la sensibilité	satisfaisante
Evaluation de la répétabilité	satisfaisante
Conclusion sur le lot testé	conforme

BP 53
22440 PLOUFRAGAN
TÉLÉPHONE : + 33 (0)2 96 01 62 22
TÉLÉCOPIE : + 33 (0)2 96 01 62 53
www.anses.fr

R.FONSECA
Technicienne

P. RENSON
Responsable Adjointe LNR